

**معاون محترم بهداشت دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...**  
**معاون محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....**

**موضوع: ارائه خدمت غربالگری شنوایی نوزادان در موعد مقرر، مطابق دستورالعمل استاندارد**

باسلام و احترام

ضمن تشکر از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر همکاران شاغل در مراکز تابعه، پیرو نامه شماره ۳۰۰/۲۱۷۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ در خصوص تعویق غربالگری شنوایی نوزادان در بیمارستان‌ها و مراکز جامع خدمات سلامت تا سن یک ماهگی و تا سن ۳ ماهگی در شرایط اضطراری، به اطلاع می‌رساند با توجه به مدیریت اپیدمی بیماری کووید ۱۹، لازم است تا خدمت غربالگری شنوایی نوزادان در موعد مقرر، مطابق دستورالعمل استاندارد ارائه گردد. رعایت نکات زیر در هنگام غربالگری الزامی است:

- پیش از تماس با هر نوزاد دست‌ها را با آب و صابون شسته و قبل از انجام آزمایش از ماسک و دستکش یکبار مصرف استفاده کنید.

- برای انجام آزمایش غربالگری OAE از کاف یا پروب ضد عفونی شده با الکل استفاده کنید.

- برای انجام آزمایش غربالگری AABR، برای هر نوزاد از الکترودهای یکبار مصرف استفاده کنید.

- کاف یا پروب‌های دستگاه ویژه آزمایش غربالگری OAE را پس از استفاده در ظرف جداگانه قرار دهید.

- کاف یا پروب‌های دستگاه ویژه آزمایش غربالگری OAE را در پایان هر روز کاری با الکل ۷۰ درصد

ضد عفونی نموده و در ظرف تمیز و ضد عفونی شده قرار داده و درب آن را ببندید.

- در صورت ناکافی بودن تعداد کاف یا پروب دستگاه ویژه آزمایش OAE برای استفاده در طول روز، می-

توانید آن‌ها را ضد عفونی و پس از خشک شدن استفاده نمایید.

برای اطلاعات بیشتر فایل پیوست (دستورالعمل غربالگری نوزادان در اپیدمی Covid-19) را ملاحظه فرمایید.

دکتر افشین استوار  
مدیر کل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر



شماره  
۵۳۰۵/۱۶۶۳  
تاریخ  
۱۳۹۹/۰۲/۱۳  
دارد