



معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ... معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ...

موضوع: تغییر نقاط انفصالی قطر هاله مهار رشد آمینوگلیکوزیدها برای گونه های اسینتوباکتر مورد استفاده در گزارش آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی

سلام و احترام

پیرو انتشار آخرین ویرایش استاندارد عملکردی CLSI M100 36th Edition - 2026 و بروزرسانی آن خواهشمند است دستور فرمایید، مورد زیر در خصوص آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی در بخش میکروب شناسی، برای اجرا به نحو مقتضی به همه آزمایشگاه های حوزه تحت پوشش آن معاونت ابلاغ شود.

نقاط انفصالی جدید قطر هاله مهار رشد آمینوگلیکوزیدها برای گونه های اسینتوباکتر مطابق جدول زیر تغییر نموده است و باید در تفسیر و گزارش نتایج آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی اعمال شود.

شایان ذکر است تا زمانی که "مجموعه جداول انتخاب شده از CLSI M100 35th ed., 2025 برای میکروارگانیزم های اولویت دار در برنامه کشوری مهار مقاومت میکروبی بر اساس راهنمای سازمان جهانی بهداشت (GLASS) ویرایش نهم سال ۱۴۰۴" مطابق ویرایش CLSI M100 36th Edition - 2026 بروزرسانی نشده است، این تغییرات باید در آن مجموعه جداول لحاظ شود.

آدرس:

ستاد آزمایشگاه مرجع سلامت: تهران، شهرک قدس، بلوار ایوانک، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک C، طبقه ششم، تلفن: ۸۱۴۵۳۰۶۱ - شماره: ۸۱۴۵۲۳۸۳

آزمایشگاه فرانس (بخش فنی آزمایشگاه مرجع سلامت): خیابان نوفل لوشاتو، نرسیده به خیابان حافظ، کوچه کبکسر و شاهرخ، پلاک ۴۸ - تلفن: ۶۶۷۵۰۰۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰ - شماره: ۶۶۷۲۸۱۲۱

شماره ۵۳۰۷/۳۹۷
تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
پوست ندارد

بِسْمِ تَعَالَى



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آزمایشگاه مرجع سلامت

«اقتصاد مقاومتی»

در سایه وحدت ملی و امنیت

ملی

Antimicrobial Agent	Disk Content	Interpretive Categories and Zone Diameter Breakpoints, nearest whole mm			Interpretive Categories and MIC Breakpoints, $\mu\text{g/mL}$		
		S	I	R	S	I	R
Gentamicin	10 μg	≥ 19	14–18	≤ 13	≤ 2	4	≥ 8
Tobramycin	10 μg	≥ 17	13–16	≤ 12	≤ 2	4	≥ 8
Amikacin	30 μg	≥ 20	17–19	≤ 16	≤ 8	16	≥ 32

رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت
دکتر کاظم وطن خواه یزدی

آدرس:

ستاد آزمایشگاه مرجع سلامت: تهران، شهرک قدس، بلوار ایوانک، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک C، طبقه ششم، تلفن: ۸۱۴۵۳۰۶۱ _ شماره: ۸۱۴۵۲۳۸۳

آزمایشگاه رفرانس (بخش فنی آزمایشگاه مرجع سلامت): خیابان نوفل لوشاتو، نرسیده به خیابان حافظ، کوچه کبخیرو شاهرخ، پلاک ۴۸ تلفن: ۶۶۷۵۰۰۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰ _ شماره: ۶۶۷۲۸۱۲۱