

بسمه تعالی



شماره ۵۳۰۷/۷۶۲
تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
پیوست ندارد

«اقتصاد مقاومتی»

در سایه وحدت ملی و امنیت

ملی

معاون محترم درمان دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور...

**موضوع: اصلاحیه-عطف به اعلام فراخوان و اقدام اصلاح میدانی درخصوص کیت های انعقادی D-DIMER
کمپانی زیمنس**

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره ۶۶۴/۲۳۹۷۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ مدیر کل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی درخصوص فراخوان و اقدام اصلاحی میدانی کیت های D-Dimer با شماره سری ساخت ۰۳۴۴۸ توسط شرکت فن آوری آزمایشگاهی اعلام شده از طرف کمپانی زیمنس به دلیل احتمال وقوع نتایج نامعتبر و نامنظم در فرآیند کنترل کیفی آنها، جهت استحضار ایفاد می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی موضوع در اسرع وقت به کلیه آزمایشگاه های تحت پوشش آن

معاونت، پیگیری ها و اقدامات مقتضی مورد نیاز انجام شود. (نامه شرکت فن آوری آزمایشگاهی در مراجع ضمیمه می باشد).

دکتر کاظم وطن خواه یزدی
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت

آدرس:

ستاد آزمایشگاه مرجع سلامت: تهران، شهرک قدس، بلوار ایوانک، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک C، طبقه ششم، تلفن: ۸۱۴۵۳۰۶۱ _ شماره: ۸۱۴۵۲۳۸۳

آزمایشگاه رفرانس (بخش فنی آزمایشگاه مرجع سلامت): خیابان نوفل لوشاتو، نرسیده به خیابان حافظ، کوچه کیخسرو شاهرخ، پلاک ۴۸ تلفن: ۶۶۷۵۰۰۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰ _ شماره: ۶۶۷۲۸۱۲۱