

معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
معاون محترم درمان دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
موضوع: اعلام نتیجه ارزیابی کیفیت آنتی سرم های ویبریو کلرا تولید سال ۱۴۰۱ انستیتو پاستور ایران به
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۵۳۰۷/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ (به پیوست) به استحضار می رساند در راستای اجرای برنامه نظام مراقبت تشخیص آزمایشگاهی بیماری های منتقله از آب و غذا و لزوم ارزیابی کیفیت آنتی سرم های تشخیصی ویبریو کلرا موجود در سطح مصرف، نماینده اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت از آنتی سرم های تولید انستیتو پاستور ایران با مشخصات مندرج در جدول زیر، نمونه برداری به عمل آورده، کیفیت آنها در آزمایشگاه رفرانس این اداره کل مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج ارزیابی مطابق جدول زیر قابل قبول اعلام می شود.

نام آنتی سرم	سری ساخت	تاریخ ساخت	تاریخ انقضا	نتیجه ارزیابی کیفیت
ویبریو کلرا پلی والان	VCP40002	۱۴۰۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۲	قابل قبول
ویبریو کلرا اگاوا	VCO4002	۱۴۰۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۲	قابل قبول
ویبریو کلرا اینابا	VCI40002	۱۴۰۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۲	قابل قبول

خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت نتیجه ارزیابی به واحدهای تحت پوشش آن معاونت اطلاع رسانی شود. همچنین تاکید فرمایید، در صورتی که در کیفیت آنتی سرم های مذکور، عدم انطباق یا مشکلی مشاهده شد، آزمایشگاهها مشکلات مشاهده شده را در قسمت گزارش مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی (MDR) سایت www.imed.ir ثبت و پیگیری نمایند. دانشگاه ها می توانند مشکلات مشاهده شده را به همراه مستندات و کد رهگیری سایت www.imed.ir در قالب فرم شماره ۲ گزارش مشکلات کیت و فرآورده های آزمایشگاهی به این اداره کل نیز گزارش نمایند.

دکتر سیامک میراب سمیعی
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت

آدرس:

ستاد آزمایشگاه مرجع سلامت: تهران، شهرک قدس، بلوار ایوانک، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک C، طبقه ششم، تلفن: ۸۱۴۵۳۰۶۱ - شماره: ۸۱۴۵۲۳۸۳

آزمایشگاه رفرانس (بخش فنی آزمایشگاه مرجع سلامت): خیابان نوفل لوشاتو، نرسیده به خیابان حافظ، کوچه کیخسرو شاهرخ، پلاک ۴۸ - تلفن: ۶۶۷۵۰۰۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰ - شماره: ۶۶۷۲۸۱۲۱