

سوم خردادماه، روز مقاومت، ایثار
و پیروزی گرامی باد

سرکار خانم دکتر دلارام درود

معاون محترم تولید و رئیس مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران

موضوع: نتیجه ارزیابی کیفیت آنتی سرم های ویبریو کلرا تولید انستیتو پاستور ایران تعهد سال ۱۴۰۱

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند بازگشت به نامه شماره ۸۷۰/۱۹۴/ت-ص/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ انستیتو پاستور ایران مبنی بر درخواست ارزیابی کیفیت آنتی سرم های ویبریو کلرا تعهد ۱۴۰۱ تولید آن انستیتو با مشخصات قید شده در جدول زیر و متعاقبا نمونه برداری توسط نماینده آزمایشگاه مرجع سلامت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱، آنتی سرم های مذکور در آزمایشگاه رفرانس این اداره کل مورد آزمون های کنترل کیفیت قرار گرفتند، که نتایج آن به شرح زیر اعلام می شود:

آنتی سرم ها دارای ظاهر شفاف، فاقد رسوب و ذرات قابل مشاهده می باشند. در آزمایش با سویه های کنترل مثبت در مدت ۶۰ ثانیه واکنش آگلوتیناسیون مثبت ایجاد شده و با سویه های کنترل منفی در مدت ۶۰ ثانیه واکنش آگلوتیناسیون متقاطع مشاهده نگردید. نتیجه نهایی ارزیابی کیفیت برای آنتی سرمهای ویبریو کلرا پلی والان، اگاوا و اینابا، با مشخصات ذکر شده در جدول زیر قابل قبول اعلام می گردد.

نام آنتی سرم	سری ساخت	تاریخ ساخت	تاریخ انقضا	نتیجه ارزیابی کیفیت
ویبریو کلرا پلی والان	VCP40002	۱۴۰۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۲	قابل قبول
ویبریو کلرا اگاوا	VCO40002	۱۴۰۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۲	قابل قبول
ویبریو کلرا اینابا	VCI40002	۱۴۰۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۲	قابل قبول

دکتر سیامک میراب سمیعی
مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت

آدرس:

ستاد آزمایشگاه مرجع سلامت: تهران، شهرک قدس، بلوار ایوانک، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک C، طبقه ششم، تلفن: ۸۱۴۵۳۰۶۱ - نمابر: ۸۱۴۵۲۳۸۳

آزمایشگاه رفرانس (بخش فنی آزمایشگاه مرجع سلامت): خیابان نوفل لوشاتو، نرسیده به خیابان حافظ، کوچه کیخسرو شاهرخ، پلاک ۴۸ تلفن: ۶۶۷۵۰۰۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰ - نمابر: ۶۶۷۲۸۱۲۱