

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

معاونت درمان – اداره نظارت بر خدمات سرپایی

مرکز سنجش تراکم استخوان

نام مؤسسه:

تاریخ اعتبار پروانه مطب:

نام و نام خانوادگی مسئول فنی:

تخصص مسئول فنی:

تاریخ بازدید:

زمان بازدید: صبح عصر

علت بازدید: روتین تمدید بررسی شکایت سایر

توضیحات	امتیاز			عنوان	محور
	۲	۱	۰		
				مسئول فنی در تمام ساعات فعالیت مرکز حضور دارند.	فرآیند و مجوزها
				پرتوکاران مؤسسه فارغ التحصیل رشته تحصیلی مرتبط با نوع فعالیت خود می‌باشند. (کاردان یا کارشناس رادیولوژی)	
				تمامی پرتوکاران شاغل در مرکز دارای فیلم بچ بوده و آن را مورد استفاده قرار می‌دهند.	
				مقررات ویژه پرتوکاران موضوع مفاد ۲۰ از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه رعایت می‌شود.	
				معاینات پزشکی پرتوکاران به صورت منظم (یکبار در سال) انجام می‌شود.	
				آمادگی‌های پزشکی لازم قبل از انجام خدمت به بیمار داده می‌شود. (قطع مصرف قرص کلسیم، همچنین آیا بیمار اخیراً گرافی رنگی یا رادیوایزوتوپ انجام داده است یا خیر؟)	
				اطلاع رسانی در خصوص خانم‌های باردار به صورت مستند و مناسب وجود دارد.	تجهیزات
				کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاهها به صورت منظم صورت می‌پذیرد.	
				وضعیت بهداشتی مرکز قابل قبول بوده و جهت هر بیمار از کاور یکبار مصرف و محلول های ضد عفونی کننده استفاده می‌گردد.	
				فاصله ایمنی سورس از صندلی اپراتور ۱/۵ تا ۲ متر رعایت شده است.	
				در صورت FAN بودن دستگاه، پاراوان سربی حد فاصل صندلی اپراتور و تخت	

				وجود دارد.	
				وسایل جانبی جهت اسکن از قسمت های مختلف بدن موجود است.	
				وضعیت نور، تهویه و سیستم های برودتی/حرارتی و رعایت اصول بهداشتی، مناسب می باشد.	
				کپسول اطفاء حریق (با شارژ معتبر) وجود دارد.	
				فضای فیزیکی استاندارد و منطبق بر آخرین پلان تایید شده توسط معاونت درمان دانشگاه می باشد.	فضای فیزیکی
				لیست مؤسسات طرف قرارداد و تعرفه مصوب در معرض دید نصب شده است.	تعرفه
				تعرفه مصوب رعایت می شود.	
				مبلغ دریافتی در مرکز ثبت و رسید به بیمار تحویل داده می شود.	

موارد قابل ارتقاء: