



معاونت درمان

نام مرکز:

نام شرکت طرف قرارداد:

نام و نام خانوادگی ناظر:

نام و نام خانوادگی مسئول فنی:

نام و نام خانوادگی مسئول فیزیکی بهداشت:

تاریخ گزارش:

رادیوداروها:

تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری:

تاریخ اعتبار پروانه مسئول فنی:

تاریخ اعتبار مجوز کار با اشعه:

| مشخصات | مالکیت |      | تعداد | تجهیزات  |
|--------|--------|------|-------|----------|
|        | مستاجر | موجر |       |          |
|        |        |      |       | گاماکمر  |
|        |        |      |       | Spect    |
|        |        |      |       | Spect CT |
|        |        |      |       | PET      |

| ردیف | عنوان   | بله | خیر | توضیحات |
|------|---|-----|-----|---------|
| 1    | قرارداد واگذاری محل، از زمان انعقاد قرارداد دارای تاریخ معتبر می باشد   |     |     |         |
| 2    | مسئول فنی طبق پروانه در مرکز حضور فعال دارد.  |     |     |         |
| 3    | در صورت استفاده از پزشک همکار تمامی متخصصین مربوطه مجوز فعالیت در مرکز را از معاونت درمان دارا می باشند   |     |     |         |
| 4    | برنامه کاری پرسنل و پزشکان مشخص و در اختیار مسئولین مربوطه قرار می گیرد   |     |     |         |
| 5    | مسئول فیزیکی بهداشت به صورت فعال در بخش حضور دارد.  |     |     |         |
| 6    | در هر شیفت کاری حداقل یک پرستار با مهارت کافی در کنار تکنسین پرتوکار حضور دارد.   |     |     |         |
| 7    | طرح انطباق با موازین شرعی و اخلاقی در مؤسسه رعایت می گردد.  |     |     |         |
| 8    | مسئولین بیمارستان از نحوه حضور پزشک و پرسنل بخش رضایتمند می باشند   |     |     |         |
| 9    | بخش دارای مجوز کار با اشعه معتبر می باشد.   |     |     |         |
| 10   | لیست پرتوکاران مطابق با اسامی اعلامی به معاونت درمان و مجوز کار با اشعه می باشد.  |     |     |         |
| 11   | پرتوکاران مرکز، فارغ التحصیل رشته تحصیلی مرتبط با نوع فعالیت خود و دارای پایان طرح می باشند.  |     |     |         |
| 12   | حقوق و مزایای پرسنل طبق قانون کار و تامین اجتماعی و بر اساس مقررات ویژه پرتوکاران موضوع مفاد 20 از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه رعایت می شود و در قرارداد بین شرکت و پرسنل پرتوکار لحاظ شده است |     |     |         |
| 13   | نوبت کاری ارائه خدمات مطابق با قرارداد می باشد  |     |     |         |
| 14   | همکاری شرکت با دفتر بهبود کیفیت و ناظر بیمارستان مطلوب می باشد  |     |     |         |



|  |  |  |    |
|--|--|--|----|
|  |  | قبل از انجام هرگونه اقدام تشخیصی شناسایی بیماران حداقل با دو شناسه مطابق بخشنامه ابلاغی وزارت بهداشت صورت می پذیرد.  | 15 |
|  |  | شرکت همکاری لازم جهت ارائه لیست مراجعین و تنظیم بیمه ها را با مرکز دارد  | 16 |
|  |  | دستگاه های تعیین شده در قرارداد توسط شرکت در موعد مقرر نصب شده است   | 17 |
|  |  | کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاهها به صورت منظم انجام می گیرد. و مستندات موجود است  | 18 |
|  |  | تجهیزات موجود در پروانه بهره برداری بیمارستان وارد شده است   | 19 |
|  |  | مستاجر در حفظ و نگهداری تجهیزات موجد جوانب امانتداری را رعایت می نماید   | 20 |
| مدت زمان خرابی دستگاه: از ..... لغایت..... |  | در صورت خرابی دستگاه در کمترین زمان مورد تایید واحد تجهیزات بیمارستان، دستگاه تعمیر شده است  | 21 |
|  |  | کپسول اکسیژن، ساکشن، DC شوک و تراسی اورژانس در بخش پزشکی هسته ای با تجهیزات کامل در دسترس می باشد و به صورت منظم چک می گردد  | 22 |
|  |  | فروش دارو و تجهیزات در مرکز انجام نمی گیرد.  | 23 |
|  |  | بخش مجهز به کپسول آتشنشانی با تاریخ معتبر و آماده اطفاء، نصب در ارتفاع و محلی با دسترسی آسان می باشد.  | 24 |
|  |  | کلیه فضاهای فیزیکی بخش پزشکی هسته ای طبق قوانین حفاظتی پرتوها دارای هشدارهای ایمنی و قسمت های تحت کنترل و تحت نظارت به تفکیک و مشخص می باشد.   | 25 |
|  |  | فضاهای مناسب جهت اتاق تصویربرداری، اتاق تزریق، اتاق انتظارقبل و پس از تزریق، سرویس بهداشتی بیماران قبل و پس از تزریق، انبار پسماند و..... وجود دارد.                                     | 26 |
|  |  | بهسازی و دکوراسیون فضای فیزیکی توسط شرکت طبق قرارداد صورت پذیرفته است  | 27 |
|  |  | حمام برای رفع آلودگی احتمالی پرسنل وجود دارد.  | 28 |
|  |  | جایگاه پسماند مناسب و دور از دسترس پرسنل و بیماران می باشد.  | 29 |
|  |  | اتاق های بستری دارای سرویس بهداشتی و حمام مستقل مناسب می باشند.  | 30 |
|  |  | رختکن و اتاق استراحت مناسب جهت پرسنل وجود دارد.  | 31 |
|  |  | توضیحات لازم درخصوص آمادگی های قبل از انجام پروسیجرهای مختلف، به صورت شفاهی و کتبی به بیماران ارائه می شود.  | 32 |
|  |  | در اقدامات تشخیصی درمانی تهاجمی و نیمه تهاجمی و همچنین در خصوص خانمهای باردار رضایت آگاهانه از بیمار اخذ می شود.   | 33 |
|  |  | متخصص مربوطه ساعت و تاریخ، شرح حال و اطلاعات بالینی بیمار و نتایج ارزیابی انجام شده و پیشنهادات و توصیه های خود را در زمینه های مراقبتی و تشخیصی در برگه گزارش تصویر برداری ثبت می نماید | 34 |
|  |  | پرتوکاران، خدمه و منشی از فیلم بچ استفاده می کنند و تعویض فیلم بچ در زمان مناسب صورت گرفته و نتایج دزیمتری فیلم بچ ها موجود می باشد  | 35 |
|  |  | در خصوص پرتوگیری بیش از آستانه های بررسی افراد فرآیندهای مشخص تعریف شده و وجود دارد.   | 36 |
|  |  | ثبت نتایج مونیتورینگ محیطی صورت پذیرفته است.   | 37 |



|    |  |
|----|--|
| 38 | فرآیندی جهت جداسازی بیماران با سن کم از بقیه بیماران وجود دارد.  |
| 39 | توصیه های حفاظت و ایمنی برای بیماران در زمان درمان و زمان ترخیص موجود می باشد.   |
| 40 | نظارت کافی جهت ورود افراد به ناحیه کنترل شده وجود دارد.  |
| 41 | آزمایشات پزشکی دوره ای پرتوکاران 6 ماه یکبار انجام و نتایج بررسی و بایگانی می گردد   |
| 42 | دستورالعمل های مربوط به مونیتورینگ فردی و محیطی، روش های رفع آلودگی، روش پسمانداری و تجویز رادیودارو به خانم های در سن باروری و ... موجود می باشد. |
| 43 | آموزش های لازم به پرسنل ( پرتوکار، پرستار و خدمه) جهت مقابله با حوادث احتمالی داده شده و مسئولیت ها مشخص می باشد.                                  |
| 44 | کنترل کیفی دستگاه ها بصورت منظم (3 ماه یکبار) انجام و نتایج ثبت می گردد.   |
| 45 | زمان انبار و دفع پسماندهای رادیواکتیو ثبت می گردد.   |
| 46 | رعایت نوبت در پذیرش بیماران اجرا می شود و مدت انتظار بیماران در مرکز قابل قبول است.  |
| 47 | محرماتگی و حفظ حریم خصوصی بیمار انجام می شود.  |
| 48 | اطلاع رسانی در خصوص خانم های باردار به صورت مستند و مناسب وجود دارد.   |
| 49 | طبق نظرسنجی از گیرندگان خدمت از بخش از طریق پرسشنامه در فواصل زمانی معین توسط مرکز نتیجه مطلوب می باشد   |
| 50 | کف و دیوارهای بخش از جنس قابل شستشو، نفوذ ناپذیر و صیقلی بوده و وضعیت بهداشتی مؤسسه قابل قبول می باشد.   |
| 51 | سطوح محل کار اعم از کف، میزهای آزمایش و محل نگهداری مواد رادیواکتیو از پوشش مناسب مثل استیل، سنگ و یا مکائوم است.                                  |
| 52 | زباله های عفونی از غیر عفونی مجزا شده اند.   |
| 53 | دزیمتر محیطی قابل حمل متناسب با نوع فعالیت پرتویی و کالیبره شده در مؤسسه موجود می باشد.  |
| 54 | تجهیزات حفاظتی مناسب (حفاظ ویال، حفاظ سرنگ، گلاباکس و ...) وجود دارد و به صورت صحیح استفاده می گردد.   |
| 55 | دز کالیبراتور موجود در بخش کالیبره شده است.  |
| 56 | حفاظ سازی مناسب در محل استقرار اپراتور در اتاق تصویربرداری وجود دارد.  |
| 57 | حفاظ سازی و ایمن سازی محل نگهداری چشمه ها مناسب است.   |
| 58 | سیستم تهویه مناسب در اتاق های بستری، محل نگهداری رادیودارو و پسماندها وجود دارد.   |
| 59 | سیستم فاضلاب جداگانه در مراکز درمانی وجود دارد.  |
| 60 | لیست تعرفه های دولتی در دسترس مراجعین قرار دارد.   |
| 61 | لیست مؤسسات طرف قرارداد در معرض دید مراجعین قرار دارد.   |
| 62 | در قبال ارائه خدمات به بیماران و دریافت وجه صورتحساب به بیمار تحویل داده می شود  |
| 63 | اجاره بها توسط مستاجر در موعد مقرر پرداخت می گردد.   |

• ضروریست چک لیست هر 3 ماه یکبار تکمیل و به معاونت درمان ارسال گردد.