

چک لیست کشوری درمانگاه دندانپزشکی عمومی

نام مؤسسه:

تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری:

نام و نام خانوادگی مسئول فنی:

تاریخ اعتبار پروانه مسئول فنی:

آدرس پستی و منطقه شهرداری:

مجوز خاص: *

تاریخ و ساعت بازدید:

تلفن همراه مسئول فنی:

تلفن ثابت مرکز:

توضیحات	روش ارزیابی	شاخص اندازه گیری					عنوان	محور
		امتیاز	ضریب	۲	۱	۰		
	مشاهده		۴				پروانه بهره برداری معتبر است.	مجوز
	مشاهده		۴				پروانه مسئول فنی معتبر است.	
رویت تصویر پروانه	مشاهده		۲				لابراتوار (ها) پروتز دندانی همکار با درمانگاه دارای مجوز قانونی می باشد	
	مشاهده		۴				دندانپزشکان شاغل دارای پروانه مطب معتبر می باشند	
حضور مسئول فنی بر اساس پروانه صادره پزشک یا دندان پزشک قائم مقام معرفی شده به معاونت درمان طبق آئین نامه	مشاهده		۳				مسئول فنی و یا قائم مقام معرفی شده حضور دارند.	آموزش ، اطلاع رسانی و مدارک پزشکی ، نیروی انسانی
	مشاهده و بررسی		۳				افراد فاقد صلاحیت در مطب فعالیت نمی نمایند.	
	مشاهده		۲				دستیار دندانپزشکی آموزش دیده با رعایت ضوابط و با حضور دندانپزشک فعالیت میکند	
	مشاهده		۱				اندازه و تعداد تابلو و عناوین مندرج مطابق استاندارد میباشد	
	مشاهده		۱				عناوین سرسرخه و تابلو و کارت ویزیت مطابق پروانه می باشد	
اخذ براءت نامه و رضایت نامه ، طرح درمان و وجود امضا و مهر پزشک معالج در این سنجه در نظر گرفته می شود.	مشاهده		۳				برای هر بیمار پرونده با شرح حال کامل و رعایت اصول مستند سازی تشکیل میشود	
	مشاهده		۲				برنامه ی کاری دندانپزشکان در معرض دید مراجعین موجود بوده و دندانپزشکان مطابق برنامه فعالیت دارند.	
شرایط مطابق با ضوابط می باشد	مشاهده و بررسی		۲				ساختار فیزیکی درمانگاه منطبق با ضوابط و الزامات تاسیس درمانگاه می باشد.	
	مشاهده و بررسی		۲				وسایل آلوده دندانپزشکی پس از استفاده بلافاصله بوسیله آب شسته و سپس در محلول ضدعفونی	

پیشگیری و بهداشت

						(مورد تاییدوزارت بهداشت و درمان) غوطه ور میشود
اتوکلاو کلاس B با شرایط استاندارد	مشاهده و بررسی	۳				وسایل نگهداری شده در محلول ضد عفونی در پایان روز پس از برساژ مجددا با آب شسته ، خشک شده و در اتوکلاو استریل میشود
تعویض به موقع safety box (پس از پرشدن ۳/۴ safety box) - درج تاریخ شروع استفاده بر روی safety box - نحوه OUT نمودن safety box	مشاهده و بررسی	۲				مدیریت پسماندهای نوک تیز و برنده (سفتی باکس) به شیوه صحیح انجام می پذیرد.
وجود قرارداد دفع پسماند عفونی معتبر	مشاهده مستندات	۱				قرارداد حمل زباله عفونی با خدمات موتوری شهرداری وجود دارد
هند پیس شامل: سر توربین، انگل ، ایر موتور ، قلم کویترون ، هند پیس جراحی، روتاری و ... - مطابق با دستورالعمل کنترل عفونت در دندانپزشکی وزارت متبوع مشاهده	مشاهده و مصاحبه	۳				هندپیس های دندانپزشکی قبل از استفاده با شرایط استاندارد استریل می شود. (اتوکلاو Class B)
	مشاهده	۲				سینک روشویی از سینک شستشوی ابزار مجزا می باشد
پوار آب و هوا، کلیدهای یونیت، دسته چراغ، سر ساکشن و ...	مشاهده	۱				از روکش یونیت، پیش بند، دستکش یکبار مصرف، ماسک، عینک محافظ و روپوش پزشکی مناسب استفاده می شود
دستکش و پنبه و پیش بند مناسب	مشاهده	۲				جهت شستشوی ابزار آلوده از وسایل حفاظت فردی استفاده می شود
مطابق با دستورالعمل کنترل عفونت در دندانپزشکی وزارت متبوع	مشاهده و مصاحبه	۳				فرزها قبل از استفاده در اتوکلاو استریل میشود
	مشاهده	۱				دندانپزشک و دستیاران روپوش تمیز پوشیده و در حین کار از ماسک و عینک محافظ استفاده می نمایند.
	مشاهده	۱				صابون یا مایع دستشویی و دستمال کاغذی در روشویی موجود میباشد
وجود سینک جدا گانه شستشوی ابزار کنترل شود						اتاقی CSR استاندارد وجود دارد
وجود سطل زباله دربدار با کیسه ی زرد رنگ چک شود	مشاهده	۲				دستورالعمل کنترل عفونت دندانپزشکی در محور بهداشت دست، بهداشت عمومی و فردی رعایت می گردد.
پیش بند، لیوان ، روکش یونیت و اجزا ، دستکش(جهت دندانپزشک و دستیار)- سر ساکشن	مشاهده	۱				برای بیماران از وسایل یک بار مصرف ضروری یکبار مصرف استفاده میشود
	مشاهده و بررسی	۲				کلیه سطوح و کف درمانگاه و دیوارها مطابق دستورالعمل در پایان کار(روزانه / هفتگی) توسط محلول مورد تایید وزارت متبوع ضد عفونی میشود
	مشاهده و بررسی	۲				برای هر بیمار از یک کارپول مجزا استفاده شده و باقیمانده به طرز صحیح دفع شود.

	مشاهده و بررسی		۲			در پایان شیفت کاری از ساکشن به مدت یک دقیقه محلول ضد عفونی عبور داده میشود	
نتیجه آزمایش و تیتراژ آنتی بادی - مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی	مشاهده		۳			مستندات مصونیت در برابر هیپاتیت B دندانپزشکان و دستیاران وجود دارد.	
مطابق دستورالعمل ابلاغی	مشاهده و بررسی		۲			آمالگام مازاد مصرف شده جمع آوری و سپس دفع میشود	
	مشاهده و بررسی		۲			تری های قالب گیری پلاستیکی و فلزی پس از شستشو و خشک شدن مطابق دستورالعمل ضد عفونی شده	
دستکش و پیش بند مناسب	مشاهده		۲			جهت شستشوی ابزار آلوده از وسایل حفاظت فردی استفاده می شود.	
	مشاهده و بررسی		۲			قالبها قبل از ارسال به لابراتوار با محلول مورد تایید ضد عفونی می شود	
	مشاهده		۲			تعداد یونیت در درمانگاه منطبق بر این نامه است	دارو و تجهیزات
	مشاهده		۲			تعداد تجهیزات متناسب با تعداد یونیت و بیماری باشد.	
	مشاهده و بررسی		۲			چیدمان وسایل استریل شده در کشوها مناسب می باشد	
عدم وجود داروهای غیر اورژانسی و تاریخ گذشته در درمانگاه	مشاهده و بررسی		۱			دارو و یا وسایل مصرفی تاریخ گذشته و یا داروی غیر اورژانسی وجود ندارد	
پیش بند سربی، محافظ تیرویید در گروه های هدف	مشاهده و بررسی		۲			دستگاه رادیوگرافی پری اپیکال با رعایت اصول حفاظت از اشعه در درمانگاه موجود میباشد	
وجود ترائی احیاء به صورت کامل و با چیدمان استاندارد مجهز به پریز برق - وجود داروهای اورژانسی به طور کامل و با تاریخ معتبر - وجود چک لیست کنترل ترائی و داروها در هر نوبت کاری - رعایت دستورالعمل داروهای پرخطر	مشاهده و بررسی		۲			ترائی کد اورژانسی ، داروها و امکانات کامل احیا وجود دارد	
	مشاهده و بررسی		۲			کپسول اطفاء حریق و برق اضطراری موجود است	رعایت حقوق گیرندگان خدمت
نصب دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات در معرض دید مراجعین	مشاهده		۱			دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات نصب می باشد.	
	مشاهده و مصاحبه		۲			حریم خصوصی و محرمانگی رعایت می شود	
مطابق دستورالعمل های ابلاغی وزارت متبوع و سایر مراجع ذی صلاح اقدام فاقد مجوز	مشاهده		۳			اقدامات درمانی - تشخیصی غیر مجاز انجام نمی شود	

	مشاهده		۲			تبلیغات غیر مجاز و اغوا کننده وجود ندارد	
	مشاهده و مصاحبه		۲			در صورت درخواست بیمار صورت حساب خدمات ارائه شده داده می شود.	
	مشاهده		۱			سیستم گرمایش و سرمایش و تهویه با وضعیت نور و نظافت مناسب موجود است	
	مشاهده		۱			تعرفه های مصوب وزارت متبوع در معرض دید عموم نصب شده است.	تعرفه
بررسی مستندات بر مبنای رعایت تعرفه های مصوب	مشاهده و بررسی		۲			تعرفه های مصوب ابلاغی وزارت متبوع رعایت می شود.	

ایرادات مشاهده شده :		نظریه کارشناسی
پیشنهادات اصلاحی :		
ضمن دریافت یک رونوشت از گزارش متعهد می شوم ظرف مدت نواقص تذکر داده شده طبق مفاد چک لیست فوق را برطرف نموده و گزارش اقدامات اصلاحی را به صورت مکتوب به معاونت درمان دانشگاه ناظر تحویل دهم .		
امضا و مهر	نام و نام خانوادگی بازدید شونده:	
امضا (ها)	نام و نام خانوادگی کارشناسان بازدید کننده :	