



معاونت محترم درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....  
(سراسر کشور)

موضوع: لزوم رعایت ایمنی بیمار در استفاده از تجهیزات پایش علائم حیاتی

با سلام و احترام

پیرو بازدیدهای انجام شده در فرآیند ارزیابی اجرای سنج‌های نسل ششم اعتباربخشی بیمارستانی، مشاهده گردیده است که در برخی از بخش‌های ویژه از جمله ICU، CCU و اورژانس، آلام دستگاه‌های پایش علائم حیاتی بیماران (Monitor Alarm) به‌طور غیرمجاز غیرفعال شده یا محدوده هشدارها به‌صورت دستی تغییر داده می‌شود. این اقدام که مغایر با اصول ایمنی بیمار و استانداردهای مراقبتی است، می‌تواند منجر به عدم تشخیص به‌موقع تغییرات حیاتی بیماران و افزایش خطرات تهدیدکننده حیات آنان گردد. با توجه به اهمیت موضوع، ضروری است دستور فرمایید ضمن بررسی دقیق این مسئله در بیمارستان‌های تحت پوشش، اقدامات اصلاحی لازم از جمله نظارت مستمر، بازآموزی کادر درمانی و تدوین دستورالعمل‌های نظارتی برای جلوگیری از این موارد در اولویت قرار گیرد. همچنین تأکید می‌گردد که مسئولین بیمارستان‌ها و سرپرستان و پرستاران بخش‌های مذکور، موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای ملی ایمنی بیمار بوده و هرگونه کوتاهی در این زمینه ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. لذا مقتضی است نتیجه اقدامات انجام شده را به این مرکز اعلام فرمایید.

دکتر جلال غفارزاده

سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی  
امور درمان