

جناب آقای دکتر میردهقان

مدیر کل محترم دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

موضوع: در پاسخ به اعلام نظر ظرفیت تحمل وزن تخت دستگاههای تصویربرداری پزشکی

سلام علیکم؛

احتراما در پاسخ به نامه 402/12421 د مورخ 95/4/23 در خصوص ظرفیت تحمل وزن تخت های دستگاه های تصویربرداری، به استحضار می رساند بسته به مدل دستگاه این ظرفیت تحمل حداقل از 150 کیلوگرم تا 250 کیلوگرم متغیر است و در صورت توزیع مناسب وزن بر روی تخت، آسیبی از نظر وزن بیمار به تخت وارد نخواهد شد.

دکتر محمود بیگلر
مدیر کل نظارت و ارزیابی
تجهیزات و ملزومات پزشکی