

شماره: ۶۶۴/۳۰۲۳۸
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ۱۶:۱۸
پیوست: ندارد
سرمايه گذاري براي توليد

مدیر عامل محترم شرکت سهل گستران درمان

موضوع: در خصوص بازفراخوان دستکش استریل شرکت سهل گستران درمان به کد رهگیری RFP001911/1

با سلام و احترام؛

در خصوص گزارش مشکل کیفی از دستکش استریل شرکت سهل گستران درمان با کد رهگیری MDR03479152 به شرح وجود جسم خارجی (مگس) با شماره سریال RFP001611/1، با توجه به بررسیهای به عمل آمده کالا با سری ساخت گزارش شده بازفراخوان سطح ۳ اعلام می گردد.

شرکت موظف است ظرف ۱۰ روز کاری نسبت به جمع آوری کلیه کالا ها اقدام نموده و نتیجه مطابق دستورالعمل حوادث ناگوار سلامت مندرج در سایت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت سایر اقدامات اصلاحی به اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام نماید

دکتر سعید رضا شاهمرادی
مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

رونوشت :

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور
سرکار خانم تختا متصدی محترم امور دفتری

