



معاونت غذا و دارو

بسم الله الرحمن الرحيم

شماره :د/۸۴/۷۹۴.....
تاریخ :۱۴۰۱/۱۱/۱۴.....
ساعت :۱۲:۵۰.....
پیوست :د.د.د.....

معاون محترم درمان (جناب آقای دکتر حیدری طبایی زواره)

با سلام و احترام

نظر به ثبت گزارشات مشکل کیفی و حوادث ناگوار در سامانه MDR در خصوص کالای پزشکی آنژیوکت و ثبت تعدادی از گزارشات به عنوان گزارش غیرواقعی به علت عدم استفاده صحیح از کالای مذکور توسط کاربر (تلاش مجدد جهت جای گذاری کانولا) به تشخیص کمیته MDR دانشگاه؛ ضروری است دستور اقدام مقتضی نسبت به التزام کادر درمان در خصوص رعایت استاندارد ملی ۱۵۰۹۹ (مداخلات پرستاری - تزریق وریدی با استفاده از سوزن پروانه‌ای یا آنژیوکت - آیین کار) به پیوست صادر فرمایید.

همچنین اهم موارد در خصوص استفاده از کالای مذکور به استناد استاندارد صدرا اشاره به حضورتان ایفاد می‌گردد.

- « در صورتی که پوشش پلاستیکی دارای هرگونه مشکل باشد از آنژیوکت دیگری استفاده شود »
- « در صورت عدم مشاهده برگشت خون در کاتتر؛ کاتتر کمی عقب کشیده شود یا آهسته چرخانیده شود. چنانچه مجدداً خونی مشاهده نشد کاتتر خارج شود و فرآیند مجدداً تکرار شود »
- « در هر بار تلاش جهت جای گذاری کانولا تنها یک بار باید از آن استفاده شود »
- « هر پرستار اجازه بیشتر از ۲ مرتبه تلاش برای رگ گیری از بیمار/ مددجو را ندارد »

دکتر محمود اعتباری
معاون غذا و دارو

رونوشت :

مدیر محترم نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی (سرکارخانم مهندس فرخی)