

شماره: ۶۶۴/۲۶۴۶۷
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
پیوست: دارد

اقتصاد مقاومتی

در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور

معاونین محترم درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور

موضوع: ریکال و اقدام اصلاحی میدانی در خصوص کالبراتور سیستم های Homocysteine کمپانی زیمنس

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، عطف به مکاتبه شماره ۲۶۶۱/ص۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ شرکت فن آوری آزمایشگاهی به عنوان نماینده رسمی کمپانی زیمنس در راستای اجرا و رعایت الزامات ایمنی، به علت مشاهده ناپایداری در عملکرد کالبراتور مربوط به سیستم های Atellica IM, ADVIA Centaur Homocysteine که می تواند بر صحت نتایج حاصل از انجام آزمون تاثیر گذار باشد، در سری ساخت های 44505A78 – 52364A79 – 44506A78 – 52363A79 از طرف آن کمپانی ریکال اعلام گردیده است (تصویر نامه و مستندات به پیوست).

مقتضی است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی موضوع به مراکز درمانی تحت پوشش آن دانشگاه، پیگیری ها و اقدامات مقتضی مورد نیاز صورت پذیرد. لازم بذکر است، شرکت موظف است نسبت به جمع آوری و جایگزینی کالاهای توزیع شده مطابق بند ۵ دستورالعمل گزارش مشکلات کیفی، حوادث ناگوار و بازفراخوانی تجهیزات پزشکی اقدام نماید.

دکتر علی علیزاده
مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

