



شماره: ۵/۶۶۴/۹۷۲۳۲  
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۶  
پیوست: دارد  
سرمایه گذاری برای تولید

جناب آقای دکتر کاظم وطن خواه یزدی  
رئیس محترم آزمایشگاه مرجع سلامت

موضوع: در پاسخ به به پیوست اعلام نتایج غیر قابل قبول در خصوص کیت HbA2 شرکت پادتن طب و فقدان کیت جایگزین در بازار مصرف  
با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۳۰۷/۱۱۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۲ در خصوص گزارش مشکل کیفی از کیت HbA2 شرکت پادتن طب به شرح نتایج غیر قابل قبول، به استحضار می رساند کیت مذکور با سری ساخت های گزارش شده ( ۵۰۳۱۸، ۵۰۳۲۰ و ۵۰۳۱۹) با توجه به مکاتبه شرکت به شماره ۲۴۹۱/۵۹۳۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ (تصویر پیوست) جمع آوری و جایگزین گردیده است.

دکتر سعید رضا شاهمرادی  
مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

