



شماره: ۵/۶/۱۳۱۱۸

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

پیوست: ندارد

## جناب آقای دکتر کلیدری معاون محترم درمان

باسلام و احترام

با تشکر از زحمات همکاران محترم در حوزه معاونت درمان در ستای پوشش خدمات درمانی و تشخیصی به بیماران مشکوک به کرونا ویروس و نظر به انجام آزمایشات تشخیصی بیماریهای حاد تنفسی ویروسی (کرونا و آنفلوانزا) در آزمایشگاه تشخیص مولکولی این مرکز، خواهشمند است جهت بهبود و تسهیل فرایند نمونه گیری و ارسال موارد مشکوک و مدیریت منابع، دستور فرمایید موارد زیر در مراکز بیمارستانی تحت پوشش آن معاونت مورد عنایت قرار گیرد:

۱- تا اطلاع ثانوی ارسال یک نمونه دو سوابه کافی می باشد. برای هر بیمار، نمونه گیری از طریق دو سواب (یک عدد نازوفارنکس و یک عدد اوروفارنکس) انجام شده و این دوسواب در یک لوله فالکون حاوی محیط ترانسپورت (VTM) برای انجام آزمایش تشخیص کورونا و در صورت نیاز آزمایش تشخیص آنفلوانزا ارسال گردد.

۲- در بیمارستان، بارکد سامانه مراقبت سندرمیک همراه با مشخصات بیمار و محل نمونه گیری، روی نمونه درج و به همراه فرم تکمیل شده بیمار مشکوک به کوید ۱۹، تحویل واحد مبارزه با بیماری های شبکه گردد.

۳- با توجه به نامه ۱۹۴۶۷ تاریخ ۹۸/۱۲/۱۴ از آنجا که ریشه یابی عدم انطباق هایی که تاکنون مشاهده شده نشان می دهد که نمونه گیری نادرست مهمترین منشا خطا و اختلاف نتایج آزمایشگاهی بوده است آزمایشگاه مرجع سلامت فیلم آموزشی روش گرفتن نمونه های سواب نازوفارنکس و سواب اوروفارنکس را که دارای توضیحات فارسی می باشد در سامانه سیما به نشانی <http://virtualservice.tums.ac.ir/sima/#/sampling> قرار داده است لذا کارکنان بالینی بیمارستانها میتوانند با مشاهده این فیلم ۶ دقیقه ای از روش صحیح اخذ نمونه های سواب نازوفارنکس و اوروفارنکس مطلع گردند

دکتر کمال کلیدری  
معاون بهداشتی و  
رئیس مرکز بهداشت استان

رونوشت:

مسئول محترم واحد مبارزه با بیماریهای واگیر جناب آقای دکتر فدایی

مسئول محترم گروه آزمایشگاه معاونت بهداشتی جناب آقای دکتر عجمی

تلفن: ۰۶۰-۳۳۷۶

پست الکترونیکی: Health@mui.ac.ir