

شماره : ۸۱/۸/۷/۱۲/پ...
تاریخ : ۹/۹/۱۴۰۴.....
ساعت : ۸:۲۷.....
پیوست : ندارد.....



معاونت درمان

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی شهرستان اصفهان

با سلام و احترام

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، به پیوست مکاتبه شماره ۴۰۰/۲۲۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ معاون محترم درمان وزارت متبوع مبنی بر ممنوعیت تبلیغات و کاربری درمانی دستگاههای بیورزونانس و کوآنتوم آنالایزر در کلیه مراکز تشخیصی و درمانی ارسال می گردد. مستدعی است دستور فرمائید این بخشنامه به کلیه مطب ها، دفاتر کار و موسسات پزشکی تحت پوشش باقید فوریت اطلاع رسانی و بر الزام رعایت آن تأکید گردد.

دکتر فریبرز خورش

معاون درمان

رونوشت :

سرپرست محترم مدیریت نظارت و اعتبار بخشی امور درمان سرکارخانم دکتر صالحی
مسئول محترم اداره هماهنگی امور بیمه ، تعرفه و استاندارد سرکارخانم جعفر طیار

متصدی محترم امور دفتری دبیرخانه سرکارخانم برزانی
نشانی : اصفهان - خیابان شهید آیت الله قدوسی (آپادانا اول)

تلفن : ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲ و ۳۶۶۱۹۶۶۴-۵

تارنما : www.ta.mui.ac.ir - پست الکترونیک : treatment@mui.ac.ir